

<b>online geführte Anlage zum QM-System</b>	Dok.: AO 7.6-01 19.12.2024/Rev. 0
---	--------------------------------------

<b>Ermittlung der Messunsicherheit für Verfahren Probenahme gem. LAGA PN 98</b>	Stand: 19.12.2024
---	-------------------

Einflusskomponenten	Anzahl Einzelkomponenten gem. Tab. Einflusskomponenten	Anzahl der Einflussfaktoren, die das Ergebnis (Repräsentative Probe) <b>direkt beeinflussen</b>	Unsicherheits- beitrag
Prüfverfahren	7	0	0,00%
Gerätschaft	7	1	2,86%
Umgebung	7	2	5,72%
Messobjekt	7	5	14,30%
Bediener (Probenehmer)	7	5	14,30%
Standardmessunsicherheit:			<b>37,18</b>

\* Schätzwert  
 35 Einzelkomponenten = 100 %  
 1 Einzelkomponente = 2,86 %

**Einflusskomponenten auf die Messunsicherheit**

